

附件 2

云南省省级政府采购项目单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年09月18日

所属具体情形	《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采[2018]18号）第二条第（一）款中第7项
采购单位	玉溪市江川区中医医院
项目名称	玉溪市江川区中医医院2024年CT球管采购项目
项目金额	¥540000.00元（大写：人民币伍拾肆万元整）
专家1论证意见	专家姓名：马红银 工作单位：玉溪市第二人民医院 职称：高级工程师
专家2论证意见	专家姓名：康然新 工作单位：玉溪第三人民医院 职称：高级信息系统项目管理师
专家3论证意见	专家姓名：李旭东 工作单位：玉溪市疾病预防控制中心 职称：副主任医师
综合论证意见	玉溪市江川区中医医院西门子 CT 球管现已损坏，设备无法正常使用，为保证我院诊疗工作正常进行，现急需采购原设备西门子 CT 球管一只进行更换，球管作为 CT 的核心重要部件，直接关系到设备的综合性能。为保证整体机性能及原设备的配套性，应采用相同规格型号的产品。由于西门子 CT 设备对于配件要求的单一性，只能采购原厂配件，故只能采用单一来源采购方式进行采购。 专家组一致建议：本项目符合《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采（2018）18号）第二条第（一）款第7项“只能由特定供应商制

造或者提供货物和服务，且不存在任何其他合理的选择或替代情况的其他情况”之规定，建议采用单一来源方式向采购。

专家组签字：103222 李旭东 康立新

论证日期：2024年09月18日

附件 1

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李旭东	
	职称：副主任医师	
	工作单位：玉溪市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称：玉溪市江川区中医医院 2024 年 CT 球管采购项目	
	供应商名称：云南创恒医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	拟采购CT球管为现有西门子CT配套使用,具有专机专用特性,且由特定供应商授权供货,符合《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》(云财采〔2018〕18号)第二条第(一)款第1项“只能由特定供应商制造或者提供货物和服务,且不存在任何其他合理的选择或替代情况的其他情况”之规定,故本采购项目建议采取单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	李旭东	日期：2024 年 09 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	103252	
	职称:	高级工程师	
	工作单位:	玉溪市第二人民医院	
项目信息	项目名称:	玉溪市江川区中医医院 2024 年 CT 球管采购项目	
	供应商名称:	云南创恒医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	根据《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》云财采(2018)18号文件,第二条第(-)款第7项“只能由特定供应商制造或者提供货物和服务,且不存在任何其他合理的选择或替代情况的其他情况”。 该项目是采购西门子CT球管,为与原设备有效匹配,只能由原特定供应商制造提供,符合云财采(2018)18号文件规定,建议采用单一来源方式进行采购该项目。		
专业人员签字	103252		日期: 2024 年 09 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 3

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 康然新	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 玉溪市第三人民医院	
项目信息	项目名称: 玉溪市江川区中医医院 2024 年 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 云南创恒医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	玉溪市江川区中医医院 24 年球管采购项目, 属于在原有西门子 CT 机球管损坏, 需要购置一支新的西门子 CT 机球管, 该配件属于专机专用配件, 所以只能从原厂授权经销商: 云南创恒医疗科技有限公司购买球管, 并提供配套服务, 该项目符合云财采[2018]18 号文件第二条第一款第七项之规定。 建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	康然新	日期: 2024 年 09 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。